

Alfajälki-ilmaisinasiasien palautusohje



Radonastitusmittausjaksonne on päättymässä.
Pyydämme teitä palauttamaan mittausrasiat ohjeiden mukaan.
Huolehdittehan siitä, että näitä palautusohjeita noudatetaan huolellisesti.

1. Varmista että mittausaika on ollut vähintään 2 kuukautta (enintään 2,5kk).
Mittaukset on tapahtunut aikavälillä 1.11 - 30.4
2. Pakatkaa mittausrasiat yksitellen ilmatiiviisiin minigrip- pusseihin.
Varmista, että jokainen pussi on suljettu kunnolla.
3. Merkitkää teille mittauksen alussa jätettyyn *Radonastituspalvelus* lomakkeeseen päivämäärä, jolloin olette poistaneet alfajälki-ilmaisimet mittauspisteistä.
4. Allekirjoittakaa ja täydentäkää nimenselvitys *Radonastituspalvelus* lomakkeeseen.
(Lomakkeessa oranssit kehukset).
5. Pakatkaa minigrip-pusseihin laitettut alfajälki-ilmaisimet ja *Radonastituspalvelus* lomake palautuskuoreen/-pakettiin tai paketteihin.
Mikäli jokin alfajälki-ilmaisin on kadonnut kohteessanne, ylliviivatkaa lomakkeesta kyseinen rivi.

Huom.

*Pahviseen postituskuoreen mahtuu noin 5kpl alfajälki-ilmaisinta ilmatiiviisti pakattuna.
Pahviseen postituslaatikkoon mahtuu noin 12kpl rasioita ilmatiiviisti pakattuna.
Mikäli paketteja on useampia, laita ne postituskuoreen (max.3 postituslaatikkoa / kuori).*

6. Varmistathan että palautuspaketissa lukee: (postitus on teille tällöin veloituseton)

Suomen radonhallinta Oy
TUNNUS: 5020322
00003 VASTAUSLÄHETYS

7. Tulokset toimitetaan palvelusopimuksessa kirjatuilla tiedoilla yhden (1) kuukauden kuluessa alfajälki-ilmaisimien palautumisesta Suomen radonhallinta Oy:lle.

Mikäli teillä on kysyttävää alfajälki-ilmaisimien palautuksesta tai muuta tiedusteltavaa

Ottakaa yhteys 010-323 1000 (arkisin 9.00-16.30) tai

asiakaspalvelu@suomenradonhallinta.fi

På den andra sidan på svenska

